



ADAPTER 30907 **(do czujnika M300 o zakresach od 5kg do 500kg)**

Instrukcja montażu
(wydanie 1 – 03/13)



1. ELEMENTY SKŁADOWE ADAPTERA



Rys. 1

2. NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO MONTAŻU ADAPTERA

KLUCZ PŁASKI 19 MM
KLUCZ AMPULOWY 6 MM



Rys. 2

3. PRZYKRĘĆ ADAPTER DO PODŁOŻA I DO NOGI ZBIORNIKA



Rys. 3

4. UMIEŚĆ GÓRNĄ NAKŁADKĘ W GÓRNEJ PŁYTCIE ADAPTERA



Rys. 4

5. UMIEŚĆ TRZPIEŃ, KULKĘ I ŁOŻYSKO W OTWORZE CZUJNIKA M300



Rys. 5



Rys. 6

6. UMIEŚĆ CZUJNIK W ADAPTERZE PRZYTWIERDZONYM DO PODŁOŻA I NOGI ZBIORNIKA.



Rys. 7

7. PRZYKRĘĆ NAKRĘTKAMI CZUJNIK DO ADAPTERA.
UPEWNIJ SIĘ, CZY CZUJNIK JEST UŁOŻONY CENTRALNIE I PROSTO.



Rys. 8

8. PO PRZYMOCOWANIU CZUJNIKA DO ADAPTERA ODKRĘĆ DWIE
BOCZNE NAKRĘTKI TAK, ABY GÓRNA PŁYTA DOTYKAŁA
CZUJNIKA.



Rys. 9

9. POZOSTAW ODSTĘP 2-3 mm POMIĘDZY GÓRNĄ PŁYTĄ
A PODKŁADKĄ.



Rys. 10